

附件 1:

单一来源采购项目预算金额专业人员论证意见

(该论证意见无需公示)

专业人员信息	姓名: 郑志新	
	职称: 电气高级工程师	
	工作单位: 中山市技师学院	
项目信息	项目名称: 中山市中医院飞利浦 DR 球管采购项目	
	供应商名称: 广州市浦科医疗设备有限公司	
项目采购预算	项目预算金额 (万元): 60 万元	
	项目预算金额依据 (可附有关材料): 市场调研以及参考过往其他医院项目价格情况。	
专业人员论证意见	本项预算金额经过市场调研, 有三家其他医院同类项目中标金额作参考, 项目预算金额合理。	
专业人员签字	郑志新	日期 2026 年 8 月 20 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 1:

单一来源采购项目预算金额专业人员论证意见

(该论证意见无需公示)

专业人员信息	姓名: 周其士	
	职称: 工程师	
	工作单位: 中山市博爱医院	
项目信息	项目名称: 中山市中医院飞利浦 DR 球管采购项目	
	供应商名称: 广州市浦科医疗设备有限公司	
项目采购预算	项目预算金额 (万元): 60 万元	
	项目预算金额依据 (可附有关材料): 市场调研以及参考过往其他医院项目价格情况。	
专业人员论证意见	参考市场调研同项目情况, 此预算价格合理。	
专业人员签字	周其士	日期 2026 年 8 月 20 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 1:

单一来源采购项目预算金额专业人员论证意见

(该论证意见无需公示)

专业人员信息	姓名: 陈念	
	职称: 副高	
	工作单位: 中山火炬职业技术学院	
项目信息	项目名称: 中山市中医院飞利浦 DR 球管采购项目	
	供应商名称: 广州市浦科医疗设备有限公司	
项目采购预算	项目预算金额 (万元): 60 万元	
	项目预算金额依据 (可附有关材料): 市场调研以及参考过往其他医院项目价格情况。	
专业人员论证意见	经过市场调研, 参考过往其它医院类似项目价格情况, 本项目预算金额合理。	
专业人员签字	陈念	日期 2026 年 8 月 20 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 2:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈念	
	职称: 副高	
	工作单位: 中山火炬职业技术学院	
项目信息	项目名称: 中山市中医院飞利浦 DR 球管采购项目	
	供应商名称: 广州市浦科医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	飞利浦(中国)投资有限公司是前 本区唯一一家可提供我院现有品牌 型号: Original Diagnost C90 的 DR 球 管的供应商, 广州市浦科医疗设 备有限公司是其指定在指定区域或医院 的经销商。根据《政府采购法》第三十 条第一款, 只能从唯一供应商采购。经 所述, 建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	陈念	日期 2026年8月20日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 2:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 周其生	
	职称: 工程师	
	工作单位: 中山市博爱医院	
项目信息	项目名称: 中山市中医院飞利浦 DR 球管采购项目	
	供应商名称: 广州市浦科医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	本项目为飞利浦 DR 球管采购,因不可更改原机技术参数。因此此 DR 需购回同品牌适配的球管。而广州市浦科医疗设备有限公司为飞利浦(中国)投资有限公司的指定产品型号在指定区域或医院的经销商,而飞利浦(中国)投资有限公司是市面唯一一家可提供适配同品牌型号的球管。因此本次项目只能从唯一供应商处采购。 综上所述,建议本项目进行单一来源论证。	
专业人员签字	周其生	日期 2026 年 8 月 20 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 2:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郭建新	
	职称: 电气高级工程师	
	工作单位: 中山市供电局	
项目信息	项目名称: 中山市中医院飞利浦 DR 球管采购项目	
	供应商名称: 广州市浦科医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	本项目为飞利浦 DR 球管采购项目, 球管须适配医院现有的机型, 且不必更改原机技术参数。医院现有设备品牌型号: 飞利浦 DR, 设备型号 Digital Diagnost C90。飞利浦(中国)投资有限公司是市面上唯一一家可提供适配医院现有设备品牌型号, 而广州市浦科医疗设备有限公司为飞利浦(中国)投资有限公司的指定产品型号在指定区域的经销商, 因此本次采购项目只能从唯一供应商处采购。 综上所述, 本项目符合《政府采购法》第三十一条第(一)款只能从唯一供应商处采购的, 建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	郭建新	日期 2026年 8月20日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。